

Atklāts konkurss, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 2.1.apakšnodaļu

„Zinātniskās aparātūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām”
(7 daļas)
ID Nr. RTU–2017/82

Rīgā, 2017.gada 26.septembrī

Atbilde uz iespējamā pretendenta jautājumiem

Iespējamā pretendenta jautājumi: *“Vēlējami noskaidrot papildus informāciju par iepirkuma ar identifikācijas numuru RTU-2017/82 7.daļu “Laboratorijas saldētava”. Lūgums precizēt saldētavas minimālo pieļaujamo darba temperatūru kā arī, vai šo produktu un materiālu uzglabāšanai nepieciešami specifiski plaukti? Mūsu saldētava spēj nodrošināt -26 °C. Vai šī temperatūra ir atbilstoša produktu uzglabāšanai?”*

Iepirkuma komisija norāda, ka saskaņā ar nolikuma 7.1.punktu, pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo, saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” (katrai iepirkuma daļai atsevišķi). Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo par visu iepirkuma apjomu un ievērojot nolikuma pielikumā Nr.2 ietvertos nosacījumus katrai iepirkuma daļai atsevišķi (nolikuma 7.2.punkts).

Atbilstoši nolikuma tehniskajai specifikācijai atklātā konkursa 7.dalai, minimālā saldētavas darba temperatūra noteikta vismaz $-40\pm 1^{\circ}\text{C}$. Saldētava ar darba temperatūra -26°C tiks uzskatīta par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai. Vēršam uzmanību, ka tehniskajā specifikācijā noteiktas minimālās tehniskās prasības saldētavai. Īpašas prasības plauktiem nav izvirzītas.

Vienlaikus norādām, ka atklātā konkursa 7.daļas preambulā ir sniegts skaidrojums kādam mērķim paredzēts izmantot saldētavu. Proti, saldētavu paredzēts izmantot īpaši jutīgu reaģentu, produktu un materiālu uzglabāšanai. Ieplānotajos eksperimentos paredzēts iegūt dažādas kvalitātes omega-3 taukskābes, kuru ilgstoša uzglabāšana parastās saldētavās ar temperatūru -20°C nepasargā paraugus no oksidēšanās, tādejādi tika noteikta minimālā saldētavas darba temperatūra vismaz $-40\pm 1^{\circ}\text{C}$. Saldētavu paredzēts izmantot arī visa veida enzīmu un citu peptīdu savienojumu, DNS, RNS un citu nukleotīdu sekvenču un dažādu biomasas paraugu uzglabāšanai.